

# CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Número 00595594-V

Página 1 de 1



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)  
OAVM nº 02-OV-0005

Ronda de la Font del Carme, s/n  
08193 Bellaterra  
T +34 93 567 20 50  
F +34 93 567 20 01  
metrologia@applus.com  
www.applus.com

INSTRUMENTO	SONÓMETRO			
SOLICITANTE	COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES			
DIRECCIÓN	C/ SAN ANTON 6 10004 CÁCERES (CÁCERES)			
TIPO DE ACTUACIÓN	Ensayos de verificación periódica según Anexo XIV de la Orden ICT/ 155/2020, de 7 de febrero			
IDENTIFICACIÓN	Sonómetro	Micrófono	Preamplificador	
	Marca	CESVA	CESVA	CESVA
	Modelo	SC420	C-140	PA020
	Número de serie	T247540	16915	570
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS	Tipo/Clase	1	Software	01.8
	Nivel de referencia	94,0 dB	Firmware	-
	Rango de medida	23,7 - 138,2 dB	Checksum	-
	Resolución	0,1 dB		
FECHAS	Verificación	Válido hasta	<i>(si antes no hay una operación de reparación que obligue a superar una verificación después de reparación o modificación)</i>	
	2025-02-28	2026-02-28		
RESULTADO VERIFICACIÓN	FAVORABLE		Entrada	-
PRECINTADO	1, lateral superior entre carcasas			
			Salida	02-OV-0039930

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:

Responsable Técnico

Inspector

